

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 16123 от 28 февраля 2023 г.

Срок действия до 26 мая 2027 г.

Наименование типа средств измерений:

Сигнализаторы загазованности Кенарь GD50

Производитель:

ООО «Премьер Групп», г. Москва, Российская Федерация

Документ на поверку:

МП26.51.53-004-47405187-2023-РБ «Система обеспечения единства измерений. Сигнализаторы загазованности Кенарь GD50. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **6 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28.02.2023 № 15

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак